

Rappel de lots de désinfectants SURFA SAFE PREMIUM et OPASTER ANIOS du laboratoire ANIOS : conduite à tenir

L'ANSM a été informée par le laboratoire ANIOS d'une contamination par la bactérie *Burkholderia cepacia* de plusieurs lots du spray SURFA SAFE PREMIUM utilisé pour la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs. Les premiers résultats d'analyses effectuées début novembre sur d'autres produits du laboratoire ANIOS ont montré que des lots du désinfectant de haut niveau OPASTER ANIOS sont également contaminés.

Le laboratoire ANIOS procède donc, par mesure de précaution, à un rappel de tous les lots de SURFA SAFE PREMIUM et OPASTER. Le laboratoire a adressé à ses clients cette information.

Ces produits ne doivent donc plus être utilisés.

Aucune mesure particulière n'est à prévoir si vous avez par le passé utilisé ce produit avec des patients à risque

L'ensemble de la production du laboratoire a été stoppé. Dès que possible, par mesure de précaution, pour la population à risque (en particulier les patients ayant un système immunitaire affaibli notamment par la chimiothérapie, par un traitement immunosuppresseur ou en attente de greffe ou greffé, grands brûlés, hémodialysés ainsi que les patients atteints de mucoviscidose), privilégier l'usage de produits alternatifs aux produits de la gamme ANIOS répondant aux critères de dispositif médical. Le risque pour la population générale est très faible.

Plus d'informations

La société ANIOS a mis en place un numéro dédié 03 20 67 67 67.